

Qualitätsindikatoren HSM-Implantation  
Jahresauswertung 2017

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Leitlinienkonforme Indikation bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	>= 90,00%	100,00%
QI 2: Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	>=90,00%	99,48%
QI 3: Eingriffsdauer	>=60,00%	99,38%
QI 4: Dosis-Flächen-Produkt	>=53,11%	99,52%
QI 5: Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	>=90,00%	96,20%
QI 6: Perioperative Komplikationen		
Chirurgische Komplikationen	<=2,00%	0,00%
Sondendislokation oder -dysfunktion	<=3,00%	1,44%
QI 7: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<=3,99	0,42

Quelle:  
„QS-Monitor“ der Firma Saatmann GmbH & Co. KG  
Jahresauswertung 2017 der Praxisklinik Herz und Gefäße  
Herzschrittmacher-Implantation