

Qualitätsindikatoren ICD-Aggregatwechsel Jahresauswertung 2018

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Qualitätsindex zur Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden	>= 95,0%	99,7%
QI 2: Nicht sondenbedingte Komplikationen	<= 3,8%	0,0%

Quelle:
„QS-Monitor“ der Firma Saatmann GmbH & Co. KG
Jahresauswertung 2018 der Praxisklinik Herz und Gefäße
Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel