

Qualitätsindikatoren ICD-Implantation  
Jahresauswertung 2017

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Leitlinienkonforme Indikation		
	>= 90,00%	92,86%
QI 2: Leitlinienkonforme Systemwahl		
	>=90,00%	98,57%
QI 3: Eingriffsdauer		
	>=60,00%	98,55%
QI 4: Dosis-Flächen-Produkt		
	>=56,52%	98,55%
QI 5: Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen		
	>=90,00%	96,61%
QI 6: Perioperative Komplikationen		
Chirurgische Komplikationen	<=2,00%	0,00%
Sondendislokation oder -dysfunktion	<=3,00%	0,00%
QI 7: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen		
	<=5,98	0,00

Quelle:  
„QS-Monitor“ der Firma Saatmann GmbH & Co. KG  
Jahresauswertung 2017 der Praxisklinik Herz und Gefäße  
Implantierbare Defibrillatoren-Implantation