

Qualitätsindikatoren ICD-Implantation
Jahresauswertung 2018

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Leitlinienkonforme Indikation		
	>= 90,0%	100,0%
QI 2: Leitlinienkonforme Systemwahl		
	>= 90,0%	100,0%
QI 3: Möglichst kurze Eingriffsdauer *1		
	>= 60,0%	98,6%
QI 4: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Fällen mit erhöhtem Dosis-Flächen-Produkt		
	<= 3,04	0,1
QI 5: Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen		
	>= 90,0%	98,9%
QI 6: Perioperative Komplikationen		
Nicht sondenbedingte Komplikationen	<= 2,5%	1,2%
Sondendislokation oder -dysfunktion	<= 3,0%	1,2%
QI 7: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen		
	<= 6,8	0,0

*1

bis 60 Minuten bei der Implantation eines Einkammersystems (VVI)
bis 90 Minuten bei der Implantation eines Zweikammersystems (VDD, DDD)
bis 180 Minuten bei der Implantation eines CRT-Systems
bis 60 Minuten bei einem Aggregatwechsel

Quelle:

„QS-Monitor“ der Firma Saatmann GmbH & Co. KG
Jahresauswertung 2018 der Praxisklinik Herz und Gefäße
Implantierbare Defibrillatoren-Implantation